

Số: 672/BVĐKCP-VTTBYT  
Về việc Cung cấp báo giá các trang thiết bị y tế  
thuộc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm  
2026 (đợt 2)

Cẩm Phả, ngày 13 tháng 5 năm 2026

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam**

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu thuộc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 (đợt 2) của bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Tổ thầu - Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, 371 đường Trần Phú, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh..

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà: Hoàng Thị Tịch – Tổ trưởng tổ thầu

Số điện thoại: 02033 862 245/ 0345190293

Email: bvdksampha@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản cứng: Nhận trực tiếp tại Tổ thầu - Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, 371 đường Trần Phú, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh...

- Bản mềm nhận qua email: bvdksampha@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 08h00 ngày 13 tháng 5 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 24 tháng 5 năm 2026.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2026.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế :

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy thận nhân tạo	<b>A. Yêu cầu chung</b> - Năm sản xuất: Năm 2026 trở về sau. - Chất lượng máy: Mới 100% - Xuất xứ: Các nhóm nước G7 - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 - Nguồn cung cấp: 220V-240V, 50/60Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$	02	Máy

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
		<p>- Áp lực nước tối đa: <math>\geq 6</math> bar</p> <p><b>B. Yêu cầu cấu hình:</b>  Máy chạy thận nhân tạo kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn và một số phụ kiện dự phòng, bao gồm tối thiểu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính: 01 máy</li> <li>- Bộ gắn màng lọc dịch thẩm tách tinh khiết: 01 bộ</li> <li>- Giá treo màng lọc thận: 01 cái</li> <li>- Thanh treo dịch truyền: 01 cái</li> <li>- Tay quay bơm máu: 01 cái</li> <li>- Các dây dẫn nguồn cung cấp: 01 bộ</li> <li>- Dây dẫn nước cấp, dây dẫn nước thải: 01 bộ</li> <li>- Pin dự trữ: 01 cái</li> <li>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul> <p><b>C. Yêu cầu thông số kỹ thuật</b></p> <p><b>1, Hệ thống dịch lọc:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy sử dụng được cả 2 loại dịch: Acetate và Bicarbonate</li> <li>- Lưu lượng dịch thẩm phân: khoảng từ <math>\leq 300</math> đến <math>\geq 800</math> ml/phút; Độ chính xác : <math>\leq 10\%</math></li> <li>- Dải cài đặt nhiệt độ dịch lọc từ <math>\leq 35^{\circ}\text{C}</math> - <math>\geq 39^{\circ}\text{C}</math></li> <li>- Tổng độ dẫn điện là: <math>\leq 12,8</math> mS/cm - <math>\geq 15</math> mS/cm. Độ chính xác: <math>\leq \pm 0,2</math> mS/cm</li> </ul> <p><b>2, Siêu lọc:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tốc độ siêu lọc: 0 - 4000 ml/giờ</li> <li>- Dung Sai: không quá 1%</li> <li>- Điều chỉnh thể tích qua buồng cân bằng, siêu lọc bằng bơm siêu lọc</li> </ul> <p><b>3, Vòng tuần hoàn:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bơm máu: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Lưu lượng máu: <math>\leq 50</math> - <math>\geq 600</math> ml/phút</li> <li>+ Độ chính xác: không quá <math>\pm 10\%</math></li> </ul> </li> <li>- Bơm Heparine: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kích cỡ bơm tiêm : Nhiều kích cỡ ( như tối thiểu có 20ml)</li> <li>+ Tốc độ truyền: <math>\leq 0.1</math> - <math>\geq 10</math> ml/giờ</li> <li>+ Dung sai đo lường/Độ chính xác: <math>\leq \pm 10\%</math></li> </ul> </li> <li>- Áp lực động mạch: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Phạm vi hiển thị : <math>\leq (-300)</math> đến <math>\geq (+280)</math> mmHg</li> <li>+ Độ chính xác: <math>\leq \pm 10</math> mmHg</li> </ul> </li> <li>- Áp lực tĩnh mạch: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Khoảng hiển thị: <math>\leq (-60)</math> - <math>\geq (+390)</math> mmHg</li> <li>+ Độ chính xác: <math>\leq \pm 10</math> mmHg</li> </ul> </li> <li>- Áp lực xuyên màng (TMP): <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Phạm vi hiển thị: <math>\leq (-60)</math> đến <math>\geq (+500)</math> mmHg</li> </ul> </li> </ul>		

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
		<p><b>4, Chức năng an toàn và hiển thị:</b> Hệ thống phát hiện rò rỉ máu: cơ chế quang học</p> <p><b>5, Giới hạn báo động:</b> - <math>\geq 0.35</math> mL máu/phút (hct<math>&gt;25\%</math>) - Hoặc <math>&gt; 0.35</math> ml/phút với Hematocrit-Hct <math>\leq 25\%</math></p> <p><b>6, Theo dõi và hiển thị:</b> - Màn hình màu <math>\geq 10</math> inch - Có đèn và âm thanh cảnh báo</p> <p><b>7, Chương trình khử khuẩn:</b> - Tự động rửa nước với máy trước khi dùng hóa chất - Có thể cài đặt theo nhiều loại hóa chất sử dụng - Khử khuẩn bằng nhiệt, chương trình chạy tự động khi đạt nhiệt độ phù hợp - Bộ nhớ lưu trữ: <math>\geq 150</math> lần khử khuẩn</p> <p><b>8, Có chương trình điều trị cài đặt theo biểu đồ:</b> - Biểu đồ siêu lọc - Biểu đồ nhiệt độ - Biểu đồ dịch lọc - Có chế độ lọc máu kim đơn - Có chế độ tiết kiệm dịch lọc tương ứng trong chế độ điều trị dựa trên hệ số tốc độ máu được người dùng cài đặt</p> <p><b>9, Pin trong:</b> - Tự động chuyển đổi khi mất điện lưới - Thời gian hoạt động <math>\geq 20</math> phút</p> <p><b>10, Pin dự phòng:</b> - Có pin dự phòng - Tự động chuyển đổi</p>		

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả, địa chỉ: 371 Trần Phú, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Các thông tin khác:

- Đơn vị cung cấp báo giá theo mẫu tại Phụ lục, điền đầy đủ thông tin của hàng hóa theo mẫu và các tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật và các thông tin khác của hàng hóa.

- Đơn vị cung cấp báo giá nộp kèm theo các tài liệu, các căn cứ xác định giá tương tự của loại hàng hóa/dịch vụ tương tự (tương đồng gần nhất với yêu cầu chào giá của loại hàng hóa/dịch vụ mà Nhà cung cấp tham gia chào giá) và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

**Lưu ý:**

- Nhà cung cấp, hãng sản xuất có thể chào giá một hoặc nhiều mặt hàng.
- Bệnh viện xem xét không tổng hợp báo giá trong các trường hợp sau:

- + Không có báo giá bản cứng được ký người có thẩm quyền;
- + Không cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật;
- + Không có thông tin rõ ràng như địa chỉ, số điện thoại, email hoặc ký bởi người không có thẩm quyền.

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả trân trọng thông báo ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng CNTT-TT (để đăng tải);
- Lưu: VT, VT-TBYT.



**GIÁM ĐỐC**



**Vũ Quang Trung**

## PHỤ LỤC

(Kèm theo thông báo số: 672/BVĐKCP-VTTBYT ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả)

### BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>

#### Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

#### 1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế <sup>(2)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất <sup>(3)</sup>	Mã HS <sup>(4)</sup>	Năm sản xuất <sup>(5)</sup>	Xuất xứ <sup>(6)</sup>	Số lượng/khối lượng <sup>(7)</sup>	Đơn giá <sup>(8)</sup> (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan <sup>(9)</sup> (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) <sup>(10)</sup> (VND)	Thành tiền <sup>(11)</sup> (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế, nhà thầu nêu rõ các tiêu chuẩn sản phẩm đạt được và tài liệu chứng minh (nếu có)).

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày tháng năm.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,  
nhà cung cấp<sup>(12)</sup>**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:**

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
- (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.  
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.